

Số: 231/ CV-BVC  
V/v: Mời báo giá vật tư can thiệp  
Tim mạch

Sông Công, ngày 11 tháng 03 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện C Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật tư can thiệp Tim mạch bổ sung năm 2023 lần 2 của Bệnh viện C Thái Nguyên” với nội dung cụ thể như sau.

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 595 Trần Hưng Đạo, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Nguyễn Thị Toán

Số điện thoại: 0977795488

Địa chỉ email: nguyentoan87tn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ của đơn vị gửi về địa chỉ: Bệnh viện C Thái Nguyên, số 595 Trần Hưng Đạo, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Hoặc nhận qua Email: Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng File mềm (bản PDF và văn bản Excel) gửi vào Email: nguyentoan87tn@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 03 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 03 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục kèm mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin liên quan (chi tiết theo bảng phụ lục I kèm theo công văn này)

2. Địa điểm cung cấp: Kho Phòng vật tư Bệnh viện C Thái Nguyên, số 595 Trần Hưng Đạo, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

3. Thời gian giao hàng dự kiến: thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý II năm 2024.



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không có tạm ứng, thanh toán 1 lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi nhận được hàng và đầy đủ hóa đơn, biên bản bàn giao và nghiệm thu, bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành.

5. Thông tin khác:

Nội dung bản báo giá theo mẫu tại thông tư 14/2023/TT-BYT (Phụ lục II đính kèm công văn).

Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam đã bao gồm thuế VAT và tất cả chi phí liên quan.

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị.

Bệnh viện C xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**  


**Nguyễn Duy Hưng**



**Phụ lục I**  
**DANH MỤC VẬT TƯ CẦN THIẾT TIM MẠCH**

stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng keo cuộn co giãn	Kích thước $\geq 8\text{cm} \times 4,5\text{m}$ ; Băng thun (Cotton 100%), màu trắng. trọng lượng $140 \pm 7\text{g/m}^2$ . Lớp keo Oxide kẽm. Chất phủ nền trọng lượng khối phủ $100-130\text{g/m}^2$ , lực dính $2-9\text{N/cm}$	Cuộn	10
2	Bóng nong mạch vành áp lực thấp	Bóng nong vành áp lực thường có $\geq 2$ nếp gấp - Khẩu kính đầu tip $0.017''$ - Áp lực vỡ bóng: $\geq 16\text{atm}$ với tất cả các đường kính. - Đường kính bóng tối thiểu từ $1.5$ đến $5.0\text{mm}$ , chiều dài tối thiểu từ $8$ đến $45\text{mm}$ .D8	Cái	2
3	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc	Khung giá đỡ cobalt-crom động mạch vành, phủ thuốc Sirolimus có phủ lớp polymer sinh học tự tiêu - Mật độ phủ thuốc $1.25\text{ }\mu\text{g/mm}^2$ . - Độ dày lớp phủ thuốc $2\text{ }\mu\text{m}$ - Độ dày thanh chống $73\text{ }\mu\text{m}$ - Khẩu kính băng qua tổn thương: $0.90\text{mm}$ - Đường kính stent: từ $2.25 \rightarrow 5.0\text{mm}$ - Độ dài stent: từ $8 \rightarrow 40\text{mm}$	Cái	2
4	Bộ phận kết nối (Manifol)	Thiết kế 3 cổng. Chịu được áp lực cao đến $600\text{psi}$ . Van khóa xoay 3 hướng . Khóa dạng xoay.	Cái	12
5	Catheter chụp động mạch vành 2 bên	Tương thích với dây dẫn $0.038''$ . - Tốc độ dòng chảy tối đa cho ống thông 4 Fr: $15\text{ml/giây}$ ; 5 Fr: $23\text{ml/giây}$ - Giới hạn áp lực tối đa: $1200\text{psi}$ ( $8.274\text{ kPa}$ ). - Lớp trong và lớp ngoài chất liệu Polyamide. - Lớp giữa : thiết kế sợi bện kép - Đường kính lòng ống: 4Fr ( $1.05\text{mm}$ ) hoặc 5Fr ( $1.2\text{mm}$ ); Chiều dài: $\geq 100\text{cm}$	Cái	12
6	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay	Bao gồm các thành phần sau: - Kim luồn chọc mạch cỡ $20\text{G} \times 1\frac{1}{4}''$ - Dao rạch da - Dây dẫn: Đường kính: $0.025''$ , chiều dài: $\geq 45\text{cm}$ - Bơm tiêm cỡ $2.5\text{ml}$ - Introducer Sheath: + Phủ lớp ái nước M Coat, lực ma sát cản chỉ bằng $1/2$ so với sheath thông thường. + Kích thước: Cỡ 5Fr hoặc 6Fr + Chiều dài: $10\text{cm}$ , $16\text{cm}$ , $25\text{cm}$ - Que nong	Cái	10



7	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi	<p>Kim luồn chọc mạch cỡ 18G x 2"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây dẫn: Đường kính: 0.035", chiều dài: <math>\geq 45</math> cm</li> <li>- Bơm tiêm cỡ 2.5 ml</li> <li>- Introducer Sheath: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Van cầm máu hình chữ thập, kích thước: Cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr</li> <li>+ Chiều dài: 7 cm , 10 cm , 25 cm</li> <li>+ Chất liệu: làm bằng ETFE (ethylene tetrafluoroethelene)</li> </ul> </li> <li>- Que nong: Chất liệu Poly propylene</li> </ul>	Cái	3
8	Syringge có đầu xoay	<p>Bơm tiêm làm từ Polycarbonate chịu áp lực tốt, dễ dàng nhìn thấy dòng chảy và bọt khí bên trong. Đầu Luer cố định, không chứa latex. Dung tích 1, 3, 6, 10, 20, 30 ml.</p>	Cái	12
9	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc, phủ mặt áp thành	<p>Phủ thuốc Sirolimus dùng polymer tự tiêu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Vật liệu : Cobalt-Chromium L605; Liều lượng: <math>\geq 3.9 \mu\text{g}/\text{mm}</math> phủ thuốc theo bậc thang nồng độ.</li> <li>* Dây dẫn tương thích: 0.014"</li> <li>* Vật liệu bóng: Material Nylon 12 hoặc tương đương; Vật liệu đầu vào: Elastomer hoặc tốt hơn; Độ dài trực: <math>\geq 144</math> cm; Lớp phủ: Hydrophilic;</li> <li>- Đường kính: từ 2.25mm - 4.0mm ; Chiều dài: từ 9mm - 38mm; * Áp lực tham chiếu: 9atm</li> <li>* Áp lực tối đa: <math>&gt; -16\text{atm}</math> ( cho bóng có đường kính từ 2.25mm to 3.0mm); <math>\geq 14\text{atm}</math> ( cho bóng có đường kính từ 3.5mm to 4.0mm)</li> <li>* Khẩu kính đầu vào: <math>\geq 0.018"/0.45\text{mm}</math></li> </ul>	Cái	2



**Phụ lục II**  
**Mẫu báo giá**

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**  
**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VNĐ)	Thuế, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VNĐ)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VNĐ)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.