

Sông Công, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; số 17/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018;

Căn cứ Quyết định số: 385/QĐ-BVC ngày 03/4/2024 của Bệnh viện C Thái Nguyên về việc phê duyệt mua sắm: Mua màn hình y tế cho Bệnh viện C;

Bệnh viện C có kế hoạch mua màn hình y tế cho Bệnh viện (Có phụ lục kèm theo)

Bệnh viện C kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia báo giá.

- Thời gian tham gia chào giá: Từ 9h00 ngày 04 tháng 4 năm 2024 đến 9h00 ngày 08 tháng 4 năm 2024.

- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện C – P. Phó Cò – TP. Sông Công – T. Thái Nguyên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện C – P. Phó Cò – TP. Sông Công – T. Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

Với nội dung như trên, Bệnh viện C xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính;
- Lưu VT; HCQT.



Nguyễn Duy Hưng



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thông báo mời chào giá ngày 04/4/2024 của Bệnh viện C Thái Nguyên)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng
1	Màn hình y tế Model: MDRC 2222 BL * Đặc tính kỹ thuật <ul style="list-style-type: none">- Công nghệ màn hình: TFT IPS- Màn hình: Tối thiểu 21.5"- Độ phân giải: Tối thiểu 2MP (1920x1080)- Độ sáng tối đa: đạt đến 300 cd/m²- Độ tương phản: tối thiểu 1000:1- Độ sâu điểm ảnh: 30 bit- Góc nhìn: 178°- Độ sáng DICOM: tối thiểu 180 cd/m²	Cái	01
	Tổng cộng 01 khoản		