SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hanh phúc

Số: 1237 /CV-BVC
V/v: Mời báo giá vật tư, thiết bị y tế

Sông Công, ngày 25 tháng 06 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện C Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm vật tư, thiết bị y tế cho phòng khám Răng Hàm Mặt năm 2025 của Bệnh viện C" với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 595 Trần Hưng Đạo, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Nguyễn Thị Toán

Số điện thoại: 0977795488

Địa chỉ email: vanthu14bvc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ của đơn vị gửi về địa chỉ: Bệnh viện C Thái Nguyên, số 595 Trần Hưng Đạo, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Hoặc nhận qua Email: Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng File mềm (bản PDF và văn bản Excel) gửi vào Email: vanthu14bvc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 07 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày kể từ ngày 06 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục kèm mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin liên quan (chi tiết theo bảng phụ lục I kèm theo công văn này)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện C Thái Nguyên, số 595 Trần Hưng Đạo, phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2025.

4. Dự kiến thời gian thanh toán hợp đồng: Trong vòng 90 ngày sau khi nhận được hàng và đầy đủ hóa đơn, biên bản bàn giao và nghiệm thu, bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành.

5. Thông tin khác:

Nội dung bản báo giá theo mẫu (Phụ lục II đính kèm công văn).

Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam đã bao gồm thuế VAT và tất cả chi phí liên quan.

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị.

Bệnh viện C xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

Lê Thị Thanh Bình

Phụ lục I
DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình và Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy răng (Ghế nha khoa)	**1.Yêu cầu chung** - Thiết bị: sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%. - Yêu cầu về chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Điện áp nguồn: 220V/50Hz **2. Yêu cầu cấu hình** - Ghế bệnh nhân: 1 bộ - Hệ thống tự động xả đờm và súc miệng cấp nước định lượng: 1 bộ - 3 hệ thống điều khiển bit bộ nhớ (bảng máy tính tích hợp): 1 bộ - Khay đựng dụng cụ (thiết bị phanh khí/khóa liên động): 1 bộ - Thiết bị chuyển mạch chính nước/khí/điện: 1 bộ - Thiết bị kết hợp khung phụ trợ: 1 bộ - Ống nhổ thủy tinh (có thể tháo rời): 1 bộ - Tựa đầu gập đôi, khớp đôi: 1 bộ - Đệm ngồi liền (da PU hoặc tương đương): 1 bộ - Điều khiển bàn đạp tròn: 1 bộ - Thiết bị điều khiển chân (điều khiển ghế điện lên xuống/nằm ngửa): 1 bộ - Dụng cụ hút nước bọt mạnh/yếu: 1 bộ - Bình chứa nước ngoài: 1 bộ - Đèn nha khoa LED-2 (Chế độ bảo dưỡng cảm ứng/Chống nhựa): 1 bộ - Súng phun đa năng (lạnh/nóng): 2 cái - Hộp sàn lắp sẵn: 1 bộ - Ghế bác sĩ: 1 cái **3. Yêu cầu kỹ thuật** - Áp lực nước nguồn nước: ≥ 0.2MPa-0.4Mpa - Áp suất nguồn khí: ≥ 0,5MPa-0,8Mpa - Độ dịch chuyển nguồn khí: ≥ 55L/phút	Bộ	2
2	Máy lấy cao răng	- Điện áp nguồn: 220V đến 240V ~ 50Hz / 60Hz - Đầu vào: 24V ~ 50Hz / 60Hz - Nguồn ra : 3W~20W - Tần số: 28kHz ± 3kHz - Áp lực nước: 0.01 ~ 0.5 MPa - Kích thước: ≥ 375mm x 305mm x 120mm	Cái	2

3	Máy nén khí đôi	- Kích thước: ≥ 700mm×400mm×650mm - Trọng lượng: ≥ 42kg, Công suất: ≥ 1200W - Nguồn điện: 220V / 50Hz - Dung tích: ≥ 50L - Áp suất: ≥ 0.8 Mpa/h - Áp lực đóng: 0.55/0.75 Mpa - Độ ồn: ≤ 60 db	Cái	1
4	Đèn quang trùng hợp	- Nguồn điện: Pin Lithium có thể sạc lại - Điện áp và dung lượng pin: 3.6V/2000mAh - Đầu vào của bộ chuyển đổi: l00V đến 240V~ 50Hz/60Hz - Phần ứng dụng: Sợi quang - Nguồn sáng: Ánh sáng xanh. Chiều dài sóng: 385nm đến 515nm - Cường độ ánh sáng: 1000mW/cm²~1700mW/cm² - Kích thước: ≥ 31mm×34mm×260mm - Trọng lượng tịnh: ≥ 145g - Công suất tiêu thụ: ≤ 8W	Cái	2
5	Máy nội nha	**1. Yêu cầu chung** - Hàng hóa được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, mới 100%. - Đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương; - Điện nguồn cung cấp : 230V/ 50Hz **2. Yêu cầu cấu hình** - 01 Bộ điều khiển - 01 Động cơ Motor và dây - 01 Bộ nguồn AC - 01 Giá đỡ tay khoan - 01 Đầu tay khoan **3. Yêu cầu kỹ thuật** - Số chương trình: ≥ 9 - Lực xoắn tối đa: ≥ 7 Ncm - Tốc độ: tối đa ≥ 13.000 vòng/phút - Trọng lượng: ≥ 342g - Kích thước: ≥ 268mm x 230mm x 103mm	Cái	1
6	Bộ tay khoan chậm	**1. Yêu cầu chung** - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương **2. Yêu cầu cấu hình** - Motor hơi: 01 cái - Tay khoan khuỷu: 01 cái - Tay khoan thẳng: 01 cái **3. Yêu cầu kỹ thuật** - Tốc độ tối đa cho motor hơi: ≥ 25.000 vòng/phút - Tốc độ tối đa cho tay khoan thẳng : ≥ 40.000	Bộ	2

		vòng/phút - Tốc độ tối đa cho tay khoan khuỷu: ≥ 30.000 vòng/phút - Dùng mũi khoan HP đường kính khoảng 2.35mm		
7	Tay khoan nhanh	Công suất ≥ 20W, Tốc độ 350.000-450.000 vòng/phút, tốc độ (khớp nối QD) 300.000-400.000 vòng/phút, kích thước đầu 11.2 x C 13.4 mm	Cái	6
8	Tủ khử trùng bằng tia cực tím 32 khay	Tủ tiệt trùng tia phản xạ loại buồng đôi, sơn tĩnh điện. Kích thước: ≥ 590mm x 300mm x 710mm. Dung tích ≥ 54 lít Thời gian tiệt trùng: ≤ 15 phút Điện áp sử dụng: 220V – 50 Hz. Công suất tiêu thụ: ≤ 20 W Trọng lượng: ≥ 18kg	Cái	1

Phụ lục II
Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ[1]

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi*....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế [2]	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất[3]	Thông số kỹ thuật	Mã HS[4]	Năm sản xuất[5]	Xuất xứ[6]	Số lượng/ khối lượng[7]	Đơn giá[8] (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan[9] (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)[10] (VND)	Thành tiền[11] (VND)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	…										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm. *..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp[12]
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.