SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Công, ngày 25 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện C có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Mua linh kiện thay thế cho các trang thiết bị của Bệnh viện C" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Toán

Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư & Thiết bị y tế

Số điện thoại: 0977.795.488

Địa chỉ email: nguyentoan87tn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nguyễn Thị Toán - Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0977.795.488

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến trước 10h00 ngày 06 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
I	**Linh kiện thay thế cho máy gây mê kèm thở** Model: Fabius Plus/GS		**2**	**Cái**
1	Đệm tròn làm kín	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	4	Chiếc
2	Màng ngăn van có lỗ	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	4	Chiếc
3	Màng ngăn van không lỗ	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm*	2	Chiếc

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		thở Fabius Plus/GS		
4	Van đĩa sứ	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
5	Van đĩa cao su	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
6	Gioăng tròn O-ring	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	8	Chiếc
7	Màng ngăn nồi hơi ở piston	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
8	Miếng đệm trong piston	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
9	Bộ lọc vi khuẩn	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	4	Chiếc
10	Vòng cao su của piston	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
11	Pin 3v/300ma của bảng mạch chính	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
12	Nguồn pin dự phòng	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	4	Chiếc
13	Màng ngăn pisten	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
14	Đệm cao su làm kín, mỏng	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	2	Chiếc
15	Bộ điều áp khí oxy đầu vào	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	1	Chiếc
16	Cảm biến lưu lượng khí tươi đầu vào	*Tương thích lắp đặt cho máy gây mê kèm thở Fabius Plus/GS*	1	Chiếc
II	**Linh kiện thay thế cho máy siêu âm** Model: Prosound α6		**1**	**Cái**
17	Đầu dò loại Convex dùng cho siêu âm tổng quát, thai sản	*Tính năng kỹ thuật:* *- Góc quét 60 độ,* *- Bán kính cong 60mmR, có chức năng đa hài mô* *- Các tần số có thể lựa chọn :* *+ Với Mode B và M: tối thiểu 4 mức* *+ Với Mode Doppler PW và Flow : Tối thiểu 3 mức* *+ Với đa hài mô : tối thiểu 3 mức*	1	Chiếc
III	**Linh kiện thay thế cho máy monitor sản khoa** Model: FM 20		**2**	**Cái**
18	Đầu dò tim thai	*Tương thích với monitor sản khoa Avalon /Philips* *Thông số kỹ thuật:*	1	Chiếc

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		- Phương pháp đo: Siêu âm Doppler xung. *- Dải đo: 50-240 nhịp/phút* *- Độ phân giải hiển thị: 1 nhịp/phút* *- Biến động tại 200 nhịp/phút: ≤ 3 nhịp/phút* *- Công suất đầu ra trung bình: 7.4 mW (sai số ± 0.4)* *- Áp suất âm thanh đỉnh : 40.4 kPa với sai số ± 4.3 kPa* *- Tần số siêu âm 1MHz ± 100Hz* *- Dải tín hiệu siêu âm từ 3.5 µVpp đến 350 µVpp ở tần số 200Hz*		
19	Đầu dò cơn co	*Tương thích với monitor sản khoa Avalon /Philips* *Thông số kỹ thuật:* *- Phương pháp đo bằng cảm biến lực căng* *- Độ nhạy 1 đơn vị : 2,5g* *- Độ phân giải hiển thị là: 1 đơn vị* *- Khoảng đo: 400 đơn vị* *- Dải tín hiệu từ 0 đến 127 đơn vị* *- Tự động hiệu chỉnh điểm không trong vòng 5 giây*	2	Chiếc
IV	**Linh kiện thay thế cho các trang thiết bị khác**			
20	Cảm biến SPO2 máy monitor	*Thông số kỹ thuật:* *- Đầu đo Spo2 chất liệu silicone dùng nhiều lần chống va đập - Các thông số kỹ thuật chính* *- Phát độ dài waven ánh sáng: 905 ± 5nm hoặc 940 ± 5nm* *- Dải thử : SpO2 70% -100%* *- Kiểm tra độ chính xác SpO2: ± 1% trong 90% ~ 100%* *- Kiểm tra phạm vi vận tốc xung: 30bpm ~ 245bpm* *- Kiểm tra độ chính xác của vận tốc xung: 30bpm ~ 59bpm, ± 1bpm* *- Nhiệt độ môi trường: 5 ° C ~ 40 ° C* *- Độ ẩm tương đối: ≤80%*	10	Cái
21	Kháng đốt giường sưởi sơ sinh	*Tương thích lắp đặt cho giường sưởi sơ sinh*	2	Cái
22	Kháng đốt tủ sấy dụng cụ	*Tương thích lắp đặt cho tủ sấy dụng cụ*	2	Cái
23	Dây cáp điện tim máy monitor	*Thông số kỹ thuật* *- Loại điện cực : 3 hoặc 5* *- Phân mầu chuẩn : IEC ,AHA* *- Kiểu : Kẹp điện cực điện tim*	3	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		- Chiêu dài cáp : 2.5 m *- Số chân cắm : 14 chân* *- Hấp tiệt trùng 134 độ* *- Áp dùng : Máy theo dõi bệnh nhân, máy điện tim* *- Hạn sử dụng : 3 năm* *- Qui cách : gói/1 bộ*		
24	Cáp điện tim dùng cho máy 3 kênh và 6 kênh	*Thông số kỹ thuật* *- Loại điện cực : 10 leads* *- Phân mầu chuẩn : IEC ,AHA* *- Đường kính điện cực : 4.0 mm* *- Chiêu dài cáp : 2.5 m* *- Số chân cắm : 15 chân* *- Áp dùng : Máy điện tim* *- Hạn sử dụng : 3 năm* *- Qui cách : gói/1 cái*	2	Bộ
25	Bộ kẹp tứ chi cho các loại máy điện tim	*- Chấtt liệu : Nhựa y tế* *- Phân mầu chuẩn : IEC, AHA* *- Đường kính : 4.0 mm* *- Chiều dài : 15 cm* *- Số chân cắm : 1 chân* *- Áp dùng : Máy máy điện tim* *- Hạn sử dụng : 3 năm* *- Qui cách : Bộ /4 cái*	3	Bộ
26	Bộ bóng bóp cho các loại máy điện tim	*- Chất liệu : Cao su* *- Phân mầu chuẩn : IEC, AHA* *- Đường kính chân cắm điện cực : 4.0 mm* *- Áp lực hút : 200 ml* *- Số chân cắm : 1 chân* *- Áp dùng : Máy điện tim* *- Hạn sử dụng : 3 năm* *- Qui cách : Bộ /4 cái*	3	Bộ
27	Ổ khí Oxy	- Chất liệu : Thép mạ Crom - Áp lực chịu tải max : 150 PSI - Áp lực chịu tải Min : 5.0 PSI ml - Phân mầu : Xanh - Số chân cắm : 1 chân - Hạn sử dụng : 3 năm - Qui cách : Bộ /1cái	2	Cái
28	Ổ khí nén	*- Chất liệu : Thép mạ Crom* *- Áp lực chịu tải max : 150 PSI* *- Áp lực chịu tải Min : 5.0 PSI ml* *- Phân mầu : trắng* *- Số chân cắm : 1 chân* *- Hạn sử dụng : 3 năm* *- Qui cách : Bộ*	2	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
29	Bộ điều chỉnh lưu lượng kèm bình làm ẩm Oxy	*- Chất liệu : Thép mạ Crom* *- Áp lực chịu tải max : 150 PSI* *- Áp lực chịu tải Min : 5.0 PSI ml* *- Cột lưu lượng phân áp oxy : 0-15 LPM* *- Bình làm ẩm oxy : Loại nhiều lần* *- Chuẩn đầu cắm Ohmeda hoặc bennet* *- Nút điều chỉnh oxy : 0- 15 PLM* *- Áp dùng : phòng mổ , hồi sức tích cực* *- Hạn sử dụng : 3 năm* *- Qui cách : Bộ /1cái*	5	Bộ
30	Bóng đèn chiếu vàng da	*Tương thích lắp đặt cho đèn chiếu vàng da*	24	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện C – P. Phố Cò – TP. Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không

5. Các thông tin khác: không

Với nội dung như trên, Bệnh viện C xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính;
- Lưu VT; VT-TBYT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN C

Đoàn Văn Hùng